



检验检测报告附页 (电子版)

No:200165151

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 49cm ² 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: 3.0 μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE ₁ 97.9 BFE ₂ 97.6 BFE ₃ 97.3	符合	
●颗粒过滤效率 (%)	YY 0469-2011 5.6.2 气体流量: 30L/min 气溶胶颗粒: NaCl 气溶胶浓度: 15mg/m ³ 温度: 23.3℃ 相对湿度: 34.6%	≥90	最小值 94.00	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:200165151

 防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: YDXH-7993-04

共3页 第1页

委托单位	湖北佳品防护用品有限公司 地址: 仙桃市刘口工业园中加科技城项目部		
客户认定信息	口罩 50个 生产单位: 湖北佳品防护用品有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-06-08
		报告签发日期	2020-06-15
判定依据	GB/T 38880-2020 《儿童口罩技术规范》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	细菌过滤效率	GB/T 38880-2020	符合
	颗粒过滤效率	GB/T 38880-2020	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 胡万丽 工程师


